

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Линет ЦЕЕ"; ООО "Линет ЦЕЕ"

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, 09.08.2013

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

ОГРН 1137746705293

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 115093, г. Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1,
телефон: +7 495 221 45 24, факс: +7 495 221 45 24

(адрес, телефон, факс)

В лице Генерального директора Новачек Йосефа

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что Кровать медицинская функциональная Praktika с принадлежностями

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКПД2 32.50.50.000

Код ТН ВЭД 9402 90 000 0

код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

"Линет спол. с р.о.", Чешская Республика,

Linet spol. s r.o., Železčice 5, 27401, Slaný, Czech Republic

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (р. 3, 4), ГОСТ 30324.2.38-2012 (ИЕС 60601-2-38:1996)

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний № 11/108.P-2016 от 30.11.2016 ИЛ АНО "Центр КЭБМИ", рег. № RA.RU.21MD11 от 30.04.2015

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2017/6562 от 12.12.2017

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 25.12.2017

Декларация о соответствии действительна до 25.12.2020

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123209, Москва, Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)


РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



Кровать медицинская функциональная Praktika с принадлежностями, варианты исполнения:

I. Praktika 1.1 с разъемными боковыми ограждениями, в составе:

1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами) - 1 шт.
5. Фиксаторы торцевых ограждений, интегрированные в раму матрацной платформы - 4 шт.
6. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
7. Ходовая часть:
 - 7.1. Ось колесная металлическая - 2 шт.
 - 7.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
8. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый - 1 шт. (при необходимости).
9. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки - 1 шт.
10. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
11. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

II. Praktika 1.2 с сплошными боковыми ограждениями, в составе:

1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами) - 1 шт.
5. Фиксаторы торцевых ограждений, интегрированные в раму матрацной платформы - 4 шт.
6. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
7. Ходовая часть:

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

125308, Москва, Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



- 7.1. Ось колесная металлическая - 2 шт.
- 7.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
8. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый - 1 шт. (при необходимости).
9. Ограждения боковые, сплошные, складные, металлические крашенные с механизмом регулировки - 2 шт.
10. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
11. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- III. Praktika 1.3 с сплошными боковыми ограждениями и расширителем Extender, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
- 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
- 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами) - 1 шт.
5. Фиксаторы торцевых ограждений, интегрированные в раму матрацной платформы - 4 шт.
6. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
7. Ходовая часть:
- 7.1. Ось колесная металлическая - 2 шт.
- 7.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
8. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый - 1 шт. (при необходимости).
9. Ограждения боковые, сплошные, складные, металлические крашенные с механизмом регулировки - 2 шт.
10. Расширитель Extender - 2 шт.
11. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

125308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17


зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.Д01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



15. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
16. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- IV. Praktika 1.4 со стационарными металлическими секциями, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
 2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
 4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами) - 1 шт.
 5. Фиксаторы торцевых ограждений, интегрированные в раму матрацной платформы - 4 шт.
 6. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
 7. Ходовая часть:
 - 7.1. Ось колесная металлическая - 2 шт.
 - 7.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
8. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый - 1 шт. (при необходимости).
 9. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
 10. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
 11. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
 12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
 13. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
 14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- V. Praktika 1.5 со съемными пластиковыми секциями, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
 2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
 4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами) - 1 шт.
 5. Фиксаторы торцевых ограждений, интегрированные в раму матрацной платформы - 4 шт.
 6. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

23308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17


зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



7. Ходовая часть:

7.1. Ось колесная металлическая - 2 шт.

7.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.

8. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый - 1 шт. (при необходимости).

9. Сегменты вентилируемые - панели ложа съемные пластиковые для размещения матраса - 4 шт.

10. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).

11. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).

12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

14. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

VI. Praktika 2.1 с разъемными боковыми ограждениями, в составе:

1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).

2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.

2.1. Панели пластиковые - 2 шт.

2.2. Вставки цветные - 2 шт.

3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.

4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами).

5. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати по высоте (с 1-м рычагом) - 1 шт.

6. Фиксатор торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы - 4 шт.

7. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.

8. Ходовая часть:

8.1. Рама ходовой части - 1 шт.

8.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.

9. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый - 1 шт. (при необходимости).

10. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки - 1 шт.

11. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати в положение Тренделенбурга/обратного Тренделенбурга (с 1-м рычагом) - 1 шт.

12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).

13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

125308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17


зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
16. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
17. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- VII. Praktika 2.2 с сплошными боковыми ограждениями, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
 2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
 4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами).
 5. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати по высоте (с 1-м рычагом) - 1 шт.
 6. Фиксатор торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы - 4 шт.
 7. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
 8. Ходовая часть:
 - 8.1. Рама ходовой части - 1 шт.
 - 8.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
9. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый - 1 шт. (при необходимости).
10. Ограждения боковые, сплошные, складные, металлические крашенные с механизмом регулировки - 2 шт.
11. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати в положение Тренделенбурга/обратного Тренделенбурга (с 1-м рычагом) - 1 шт.
12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
16. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
17. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- VIII. Praktika 2.3 с сплошными боковыми ограждениями и распырителем Extender, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
 2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17


зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



- 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
 3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
 4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами).
 5. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати по высоте (с 1-м рычагом) - 1 шт.
 6. Фиксатор торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы - 4 шт.
 7. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
 8. Ходовая часть:
 - 8.1. Рама ходовой части - 1 шт.
 - 8.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
 9. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопрележневый - 1 шт. (при необходимости).
 10. Ограждения боковые, сплошные, складные, металлические крашенные с механизмом регулировки - 2 шт.
 11. Расширитель Extender - 2 шт.
 12. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати в положение Тренделенбурга/обратного Тренделенбурга (с 1-м рычагом) - 1 шт.
 13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
 14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
 15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
 16. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
 17. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
 18. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- IX. Praktika 2.4 со стационарными металлическими секциями, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
 2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
 3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
 4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами).
 5. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати по высоте (с 1-м рычагом) - 1 шт.
 6. Фиксатор торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы - 4 шт.
 7. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
 8. Ходовая часть:
 - 8.1. Рама ходовой части - 1 шт.

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123008, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



- 8.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
9. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый - 1 шт. (при необходимости).
10. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати в положение Тренделенбурга/обратного Тренделенбурга (с 1-м рычагом) - 1 шт.
11. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
15. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
16. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
- X. Praktika 2.5 со съемными пластиковыми секциями, в составе:
1. Платформа матрацная 4-х секционная (ложе).
 2. Ограждения кровати торцевые - 2 шт.:
 - 2.1. Панели пластиковые - 2 шт.
 - 2.2. Вставки цветные - 2 шт.
3. Фиксатор матраца регулируемый - 1 шт.
4. Система механическая рычаговая для позиционирования бедренной и спинной секций ложа (с 2-мя рычагами).
5. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати по высоте (с 1-м рычагом) - 1 шт.
6. Фиксатор торцевых ограждений, интегрированный в раму матрацной платформы - 4 шт.
7. Бамперы горизонтальные защитные угловые пластиковые - 4 шт.
8. Ходовая часть:
- 8.1. Рама ходовой части - 1 шт.
 - 8.2. Колеса на металлическом каркасе с пластиковым кожухом с колесными опорами и системой блокировки - 4 шт.
9. Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый - 1 шт. (при необходимости).
10. Сегменты вентилируемые - панели ложа съемные пластиковые для размещения матраца - 4 шт.
11. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати в положение Тренделенбурга/обратного Тренделенбурга (с 1-м рычагом) - 1 шт.
12. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками - не более 1 шт. (при необходимости).
13. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками, с механизмом упрощенной регулировки - не более 1 шт. (при необходимости).
14. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя пластиковыми крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



15. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
16. Стойка инфузионная стойка телескопическая, хромированная, с 4-мя усиленными металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).
17. Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, изогнутая, с 4-мя металлическими крючками, с защитой от нежелательного вращения - не более 1 шт. (при необходимости).

Принадлежности:

1. Комплект из 4-х разъемных, пластиковых боковых ограждений с индивидуальным механизмом регулировки - не более 1 шт.
2. Ограждения боковые, сплошные, складные, металлические крашенные с механизмом регулировки - не более 2 шт.
3. Ограждения боковые дополнительные защитные металлические крашенные для секции голени - не более 2 шт.
4. Надставка защитная для сплошного, складного, металлического бокового ограждения - не более 2 шт.
5. Угломер наклона спинной секции, интегрируемый в боковое ограждение - не более 2 шт.
6. Угломер наклона ложа, интегрируемый в боковое ограждение - не более 2 шт.
7. Сегменты вентилируемые - панели ложа съёмные пластиковые для размещения матраса - не более 4 шт.
8. Петля - держатель ремней (поясов) фиксации Segufix - не более 8 шт.
9. Механизм центрального управления блокировкой колес - не более 2 шт.
10. Крепление угловое интегрированное - отверстие для установки принадлежностей - не более 4 шт.
11. Держатель - рельс для крепления принадлежностей - не более 2 шт.
12. Дуга-опора для приподнятия пациента крашенная - не более 1 шт.
13. Дуга-опора для приподнятия пациента хромированная - не более 1 шт.
14. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента - не более 1 шт.
15. Ручка-поручень для дуги-опоры для приподнятия пациента регулируемая - не более 1 шт.
16. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента крашенный - не более 1 шт.
17. Держатель инфузионный с 3-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный - не более 1 шт.
18. Держатель инфузионный с 4-мя крючками с креплением на дугу-опору для приподнятия пациента хромированный - не более 1 шт.
19. Стойка для крепления оборудования и принадлежностей - не более 2 шт.
20. Держатель внешний для инфузионной стойки с креплением на раму - не более 2 шт.
21. Корзина для подвешивания инфузионных растворов на инфузионную стойку - не более 2 шт.
22. Подставка для монитора - не более 1 шт.
23. Держатель системы вытяжения - не более 1 шт.
24. Держатель бутылки мочеприемника - не более 2 шт.
25. Держатель мешка мочеприемника - не более 2 шт.
26. Рельс металлический для крепления принадлежностей - не более 2 шт.
27. Держатель канюли - не более 2 шт.
28. Держатель дренажной бутылки Редона - не более 2 шт.
29. Полка для письма - не более 1 шт.

М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ", № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

124308, Москва, Мневники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017


(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

30. Держатель таблички с именем пациента - не более 1 шт.
31. Держатель листа назначений - не более 1 шт.
32. Держатель полотенца - не более 1 шт.
33. Держатель для костылей с креплением на торцевое ограждение - не более 1 шт.
34. Держатель кислородного баллона горизонтальный - не более 2 шт.
35. Педали управления механизмом центральной блокировки колес - не более 4 шт.
36. Система механическая рычаговая для позиционирования ложа кровати в положение Тренделенбурга/обратного Тренделенбурга (с 1-м рычагом) - не более 1 шт.
37. Бамперы вертикальные защитные угловые пластиковые - не более 4 шт.
38. Расширитель Extender - не более 2 шт.




М.П.

(подпись)

Новачек Йосеф

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, Мнёвники, дом № 3, корпус 1 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС CZ.MP18.D01875 от 25.12.2017

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)



М.П.

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)