

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМЕДИМПОРТ";
ООО "ТЕХНОМЕДИМПОРТ"**

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии)

Государственное учреждение Московская регистрационная палата, 08.05.2001

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя

ОГРН 1027739047412

(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Лобачика, дом 15, офис 2, телефон +7 (495) 663-83-36, факс +7 (495) 663-83-36

(адрес, телефон, факс)

В лице Генерального директора Духнова Алексея Викторовича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

Заявляет, что **Насос инфузионный**

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация)

Код ОКПД2 32.50.21.112

Код ТН ВЭД 9018 90 840 9

код ОКПД2 и (или) ТН ВЭД СНГ или ОК 002-93 (ОКУН), сведения о серийном выпуске или партии

Серийный выпуск

(номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

"Хьюнан Бьонд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд." Китай,**Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd., Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha China**

наименование изготовителя, страны и т.п.

соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р МЭК 60601-2-24-2017, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании: протокола технических испытаний испытаний № 2019.TD-21.12CD от 09.12.2019 ООО ИЛЦ "МедТестПрибор", рег. № РОСС RU.0001.21МП26 от 22.07.2015; протокола токсикологических исследований медицинских изделий № 453-11П от 06.12.2019 Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Биолойф", рег. № RA.RU.21ЦК01 от 22.07.2015

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР) № РЗН 2013/1058 от 23.04.2018

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 11.12.2019

Декларация о соответствии действительна до 11.12.2022

М.П.


"ТЕХНОМЕДИМПОРТ"
(подпись)Духнов Алексей Викторович

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11МП18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, ул. Мнёвники, дом № 3, корпус 1, этаж 3, пом.1, ком. 26 телефон: +7 (495) 783-42-17

зарегистрировавшего декларацию)

РОСС RU Д-СН.МП18.В.02079/19 от 11.12.2019 действует до 11.12.2022

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

М.П.

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



Насос инфузионный:

в вариантах исполнения ВУЗ-810, ВУС-820,
в составе:

1. Насос.
2. Кабель сетевой.
3. Руководство по эксплуатации.

М.П.



(подпись)

Духнов Алексей Викторович
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ», № RA.RU.11MP18

(наименование и адрес органа по сертификации,

123308, Москва, ул. Мнёвники, дом № 3, корпус 1, этаж 3, пом.1, ком. 26 телефон: +7 (495) 783-42-17
зарегистрировавшего декларацию)

РОСС RU Д-СН.МП18.В.02079/19 от 11.12.2019 действует до 11.12.2022

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

А.Д. Доко

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)

