



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 17 июня 2019 года № ФСЗ 2012/13060

На медицинское изделие

Монитор пациента модульный IntelliVue MX с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "ФИЛИПС" (ООО "ФИЛИПС"),
Россия, 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13

Производитель

"Филипс Медицин Систем Боблинген ГмбХ", Германия,
Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Hewlett-Packard-Strasse 2,
71034 Böblingen, Germany

Место производства медицинского изделия

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Hewlett-Packard-Strasse 2,
71034 Böblingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-25739/77079 от 06.02.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.12.129

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 17 июня 2019 года № 4462
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0043204

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 июня 2019 года

№ ФСЗ 2012/13060

Лист 1

На медицинское изделие

Монитор пациента модульный IntelliVue MX с принадлежностями:

варианты исполнения: IntelliVue MX400, IntelliVue MX450, IntelliVue MX500, IntelliVue MX550, IntelliVue MX600, IntelliVue MX700, IntelliVue MX800 в составе:

1. Блок аппарата базовый.
2. Многопараметрический измерительный модуль MMX (при необходимости).
3. Многопараметрический измерительный модуль X1 (при необходимости).
4. Многопараметрический измерительный модуль X2 (при необходимости).
5. Многопараметрический измерительный модуль X3 (при необходимости).
6. Прикроватное устройство IntelliVue XDS (при необходимости).
7. Док-станция IntelliVue Dock (при необходимости).
8. Модуль расширения МИС для капнографии в основном потоке (при необходимости).
9. Модуль расширения МИС для капнографии в боковом потоке (при необходимости).
10. Расширение для капнографии (при необходимости).
11. Модуль расширения МИС для капнографии по технологии Microstream (при необходимости).
12. Расширение Microstream (при необходимости).
13. Гемодинамическое расширение МИС (при необходимости).
14. Гемодинамическое расширение (при необходимости).
15. Универсальная стойка для модулей (УМС-8) (при необходимости).
16. Универсальная стойка для модулей (УМС-4) (при необходимости).
17. Кабели соединительные для многопараметрического измерительного модуля (не более 2 штук) (при необходимости).
18. Модуль измерения температуры (не более 2 штук) (при необходимости).
19. Модуль насыщения артериальной крови кислородом (при необходимости).
20. Модуль измерения сердечного выброса (не более 2 штук) (при необходимости).
21. Модуль газоанализатора (при необходимости).
22. Модуль электроэнцефалографии (при необходимости).
23. Модуль измерения биспектрального индекса BIS (при необходимости).
24. Модуль инвазивного артериального давления (не более 5 штук) (при необходимости).
25. Модуль IntelliBridge EC10 (не более 5 штук) (при необходимости).
26. Модуль IntelliBridge EC5 (не более 5 штук) (при необходимости).
27. Модуль IntelliVue TcG10 чрескожного мониторинга содержания газов (при необходимости).
28. Модуль измерения насыщения кислородом крови в сосудах (при необходимости).
29. Модуль нервно-мышечной передачи (NMT) (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0058548

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 июня 2019 года № ФСЗ 2012/13060

Лист 2

30. Модуль спирометрии (при необходимости).
31. Модуль регистратора (при необходимости).
32. Электроды для снятия ЭКГ (не более 10 упаковок) (при необходимости).
33. Кабели отведений ЭКГ 3, 5, 6, 10 электродные (не более 10 штук) (при необходимости).
34. Кабели магистральные 3, 5, 6, 10 электродные (не более 10 штук) (при необходимости).
35. Манжеты многоразовые для измерения неинвазивного артериального давления (не более 10 штук) (при необходимости).
36. Манжеты одноразовые для измерения неинвазивного артериального давления (не более 10 упаковок) (при необходимости).
37. Трубка для манжет измерения неинвазивного давления (не более 5 штук) (при необходимости).
38. Датчик давления многоразовый (не более 6 штук) (при необходимости).
39. Стерильные одноразовые колпачки для датчика давления (не более 6 упаковок) (при необходимости).
40. Комплект для мониторинга для датчика (не более 6 упаковок) (при необходимости).
41. Датчики многоразовые для измерения пульсоксиметрии (не более 5 штук) (при необходимости).
42. Датчики одноразовые для измерения пульсоксиметрии (не более 5 упаковок) (при необходимости).
43. Датчики температуры многоразовые (не более 5 штук) (при необходимости).
44. Датчики температуры одноразовые (не более 5 упаковок) (при необходимости).
45. Встраиваемый температурный зонд RiCCO (не более 5 штук) (при необходимости).
46. Датчик температуры инжектата (не более 5 штук) (при необходимости).
47. Датчик СО2 в основном потоке (не более 5 штук) (при необходимости).
48. Датчик СО2 в боковом потоке (не более 5 штук) (при необходимости).
49. Адаптеры воздуховода для датчика СО2 многоразовые (не более 5 штук) (при необходимости).
50. Адаптеры воздуховода для датчика СО2 одноразовые (не более 5 упаковок) (при необходимости).
51. Прямые пробоотборные линии (не более 10 упаковок) (при необходимости).
52. Канюли назальные и орально-назальные для капнографии (не более 10 шт.) (при необходимости).
53. Магистрали для измерения СО2 по технологии Microstream (не более 5 упаковок) (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0056090

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 июня 2019 года

№ ФСЗ 2012/13060

Лист 3

54. Датчик потока (не более 5 упаковок) (при необходимости).
55. Датчик CO2/потока (не более 5 упаковок) (при необходимости).
56. Датчик tcpO2/CO2 чрезкожного мониторинга газов (не более 5 штук)
(при необходимости).
57. Изогнутый адаптер воздуховода (не более 10 упаковок) (при необходимости).
58. Прямой адаптер воздуховода (не более 10 упаковок) (при необходимости).
59. Газоотводная возвратная линия (не более 10 упаковок) (при необходимости).
60. Газоотводный возвратный фильтр (не более 10 упаковок) (при необходимости).
61. Влагоуловитель (не более 10 упаковок) (при необходимости).
62. Трубка для отбора проб газа (не более 10 упаковок) (при необходимости).
63. Кабели магистральные ЭЭГ (не более 5 штук) (при необходимости).
64. Кабели отведений ЭЭГ (не более 5 штук) (при необходимости).
65. Электроды ЭЭГ (не более 2 упаковок) (при необходимости).
66. Кабели интерфейсные для сердечного выброса (не более 10 штук)
(при необходимости).
67. Кабель соединительные для NMT (не более 10 штук) (при необходимости).
68. Кабели-адAPTERЫ для датчиков (не более 5 штук) (при необходимости).
69. Датчик BIS (не более 4 упаковок) (при необходимости).
70. Руководства пользователя на бумажном и/или электронном носителях.
71. Сервисные руководства на бумажном и/или электронном носителях (не более
15 штук).
72. Программное обеспечение специальное медицинское на электронных носителях
(не более 10 штук) (при необходимости).
- II. Принадлежности:
1. Блоки соединительные (не более 10 штук).
 2. Разветвители проводов (не более 10 штук).
 3. Крепление к стойке для в/в вливаний (не более 6 упаковок).
 4. Держатель датчика давления (не более 5 штук).
 5. Гель для электродов (не более 2 флаконов).
 6. Бумага для регистратора (не более 10 рулонов).
 7. Пульт дистанционного управления.
 8. Дисплеи медицинские внешние (не более 5 штук).
 9. Видео кабели (не более 10 штук).
 10. Кабели аналоговые, коммутационные, сетевые (не более 20 штук).
 11. Устройства крепления (не более 50 штук).
 12. Устройства дистанционной передачи тревоги (не более 5 штук).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0056091



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 17 июня 2019 года № ФСЗ 2012/13060

Лист 4

13. АдAPTERы (не более 5 штук).
14. БЛОки питания (не более 5 штук).
15. Интерфейсные платы (не более 10 штук).
16. Аккумуляторы (не более 5 штук).

Н

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко
0056092