



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.116922

Настоящее удостоверение выдано

Suzhou Linatech Medical Science & Technology Co., Ltd., КИТАЙ

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

**Ускоритель линейный: медицинский линейный ускоритель VENUS X;
см. приложение, всего номеров регистрации - 1**

Тип: медицинская техника

Производитель:

Suzhou Linatech Medical Science & Technology Co., Ltd., КИТАЙ. Адрес: No. 3, Jinsheng Road, Suzhou Industrial Park

Производственная площадка:

Suzhou Linatech Medical Science & Technology Co., Ltd., КИТАЙ. Адрес: No. 3, Jinsheng Road, Suzhou Industrial Park

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

В соответствии с руководством по эксплуатации

Регистрационный номер: **Мт-7.121928-2408**

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинской техники.

Дата государственной регистрации:

15.01.2025 г.

Заместитель Министра


Действительно до:

бессрочно



А.Г.Старовойтов

Южик ЕД



№ 0041726

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.116922

Всего наименований:

1

Страница: 2

Страниц: 2

Изготовитель: Suzhou Linatech Medical Science & Technology Co., Ltd., КИТАЙ

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
---	-------------------	--

- 1 | Мт-7.121928-2408 | Ускоритель линейный: медицинский линейный ускоритель VENUS X
в составе:
- линейный медицинский ускоритель с рамой;
 - гантри;
 - коллиматор многолепестковый двухуровневый;
 - камера ионизационная системы мониторинга дозы;
 - монитор дозы пациента вторичный;
 - система визуализации кВ (в составе: генератор высоковольтный; излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой; фильтр алюминиевый дополнительный; детектор рентгеновский плоскостельный);
 - центраторы лазерные внешние – 3 шт.;
 - детектор МВ визуализации;
 - система охлаждения (в составе: система охлаждения ускорителя; система контроля качества воды);
 - станция рабочая (в составе: пульт управления системой; монитор - 2 шт.; клавиатура; мышь; компьютер управляющий; принтер; обеспечение программное специальное (ITC); шкаф серверный);
 - стол пациента (в составе: рама стола; механизм опорно-поворотный; стол с подъемно-наклонным механизмом; дека стола; пульт управления деки стола; пульт управления выносной движением деки стола; мониторы – не более 2 шт.);
 - кабели электрические - не более 500 шт.;
 - система контроля качества процедур (в составе: фантом для визуализации МВ (при необходимости); фантом для визуализации кВ (при необходимости); фантом дозиметрический (при необходимости); дозиметр клинический (при необходимости));
 - система безопасности пациента (в составе: датчики столкновения, расположенные на гантри – 10 шт.; датчики столкновения, расположенные на столе – 10 шт.; монитор дозы; система сопряжения с дыханием; центраторы позиционирования пациента лазерные - 3 шт.; видеомонитор наблюдения за пациентом; видеокамеры - 6 шт.; устройство переговорное с пациентом);
 - шкаф бесперебойного питания;
 - шкаф главный питания системы;
 - шкаф трансформатора напряжения;
 - шкаф модулятора;
 - система безопасности персонала (в составе: оповещение работы системы светозвуковое; сенсорные датчики – 4 шт.);
 - система планирования лучевой терапии (TiGRT TPS) (в составе: станция рабочая системы TiGRT TPS: монитор; клавиатура; мышь; блок системный; обеспечение программное системы планирования лучевой терапии (TiGRT TPS); ключ активации для системы планирования лучевой терапии TiGRT TPS))

Всего наименований: 1

Заместитель Министра



А.Г.Старовойтов